

Znak sprawy 80.272.634.2016  
(Nr CRZP/UJ/634/2016)

Kraków, dnia 18 stycznia 2017 r.

**Do wszystkich potencjalnych wykonawców**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonego na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, na zakup i dostawę fabrycznie nowego chromatografu gazowego z detektorem masowym GC/MS oraz wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do Zaproszenia, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, przy ul. Ingardena 3, realizującego projekt pt. „Inżynieria stanów elektronowych fotokatalizatorów półprzewodnikowych”, w ramach programu NCN OPUS 10 (UMO-2015/19/B/ST5/00950)

**Wyjaśnienia treści Zaproszenia do składania ofert i specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia**

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na poniżej cytowane, pisemne zapytania jednego z potencjalnych wykonawców skierowane dnia 17 stycznia 2017 r. (za pośrednictwem poczty elektronicznej), dotyczące przedmiotu zamówienia, uprzejmie wyjaśniamy co następuje:

**Pytanie 1:**

„W związku z zaproszeniem do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę chromatografu gazowego z detektorem MS wraz z wyposażeniem dodatkowym (Znak sprawy: 80.272.634.2016, Nr CRZP/UJ/634/2016 chciałbym zapytać, czy Zamawiający dopuści w przypadku zaworu dozującego zawór 6-drożny z pętlą dozującą umożliwiającą pobór i dozowanie próbek z linii ciągłego przepływu gazów oraz możliwością wygrzania tego zaworu do temperatury 150 stopni Celsjusza, niezależnie od temperatury pieca”.

**Odpowiedź 1:**

**Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.**

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższa odpowiedź stanowi integralną część Zaproszenia i specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, a przy tym z uwagi na jej zakres i charakter nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Zatem, termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Monika Poniewierska